

Kwantitatieve kwaliteitsanalyse NT metingen

Dit is een kwantitatieve analyse van alle NT metingen van 2011 van echoscopist J. Snelder Verloskundig Centrum Zevenaar
Dit waren totaal 222 metingen.

In tabel 1 worden de mediane MoM waarden en 5-95 percentielen weergegeven voor de echoscopist vergeleken met een RIVM populatie. (De RIVM populatie bestaat uit alle beschikbare NT metingen van het RIVM van 2009 en 2010)

Ook wordt weergegeven hoeveel procent van de NT metingen onder of boven de 5, 50 en 95 percentielgrens ligt. De norm waarden hiervoor zijn als volgt:

% onder 5e percentiel (NT MoM=0,60) tussen 0% en 10%

% boven 50e percentiel (NT MoM=0,96) tussen 40% en 60%


% boven 95e percentiel (NT MoM=1,43) tussen 0% en 10%

Tabel 1

	aantal	med.	5e perc	95e perc	STdev	% <5e perc	% >50e perc	% >95e perc
RIVM	10932	0,98	0,67	1,43	0,12	5%	50%	5%
echoscopist	222	0,98	0,74	1,34	0,09	2%	48%	3%

In figuur 1 wordt de mediane NT MoM waarde (middelste punt). Deze zou in de ideale situatie 1.0 moeten zijn. In dit geval is deze waarde 0,98. Dat is, in vergelijking met de targetwaarde, lager. Een mediane NT MoM waarde tussen de 0,9 en 1,1 is acceptabel.

Figuur 1



In figuur 2 zijn de CRL waarden uitgezet tegen de NT in mm. De rode lijn is de referentielijn in die vanaf 2007 gebruikt wordt door de Fetal Medicine Foundation (FMF). De blauwe lijn is van de echoscopist. Een klein aantal metingen maakt de analyse aan de uiteinden (lage of hoge CRL) minder betrouwbaar, omdat bij deze CRL relatief weinig metingen zijn uitgevoerd.

Figuur 2

